

Łódź, 18.11.2019 r.

Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź

Wykonawcy w postępowaniu
W9/12/2019

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

Moje pytanie pkt. 20, podpunktu b oraz e. Proszę o informację, jaką programowalność dozowników mają Państwo na myśli? Proszę również o weryfikację podpunktu e – za jakie parametry można otrzymać 3 punkty – czy za temperaturę piec, czy za możliwość programowania?

ODPOWIEDŹ:

Punkt 20 podpunkt b):

Mamy na myśli: Ustawienie trybu pracy dozownika w oprogramowaniu zarówno jeżeli chodzi o wybór spli/split lesss jak i wartość split ratio (także programowalny zakres split ratio będzie brany pod uwagę.)

Podpunkt e)

3 pkt - Możliwość programowania pieca – i liczba platform (od 7 wzwyż – 3 pkt).

Pozostałe zapisy zaproszenia oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.