



Do wszystkich zainteresowanych,

dotyczy: przetarg nieograniczony W-5 ZP/20/2020 na dostawę wyrobów laboratoryjnych dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SIWZ

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści w części I - pakiet nr 14, pkt. 2 – końcówki pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania łącznej wymaganej ilości produktu tj. 10.000 szt. W przypadku zaoferowania op. = 250 szt., Wykonawca zobowiązany jest zmienić odpowiednio ilość opakowań w formularzu cenowym.

2. Czy Zamawiający dopuści w części I - pakiet nr 28, pkt. 9 – końcówki o dł. 78 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści w części I - pakiet nr 28, pkt. 15 – końcówki pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści w części II - pakiet nr 6, pkt. 1 – ezy pakowane po 500 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilości opakowania z 300 szt. na 500 szt. Stosowna zmiana zawarta jest w Załączniku nr 2 do Siwz.

5. Czy Zamawiający dopuści w części II - pakiet nr 6, pkt. 2 – ezy pakowane po 500 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilości opakowania z 300 szt. na 500 szt. Stosowna zmiana zawarta jest w Załączniku nr 2 do Siwz.

6. Czy Zamawiający w części III - pakiet nr 13, pkt. 1 oraz pkt. 2 – może doprecyzować wysokość płytek Petriego w obu przypadkach?

Odpowiedź: Płytki mają wysokość 14,2 mm. Stosowna zmiana zawarta jest w Załączniku nr 2 do Siwz.

7. Czy Zamawiający dopuści w części III - pakiet nr 13, pkt. 3 – płytki pakowane po 1005 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający dopuści w części III - pakiet nr 24, pkt. 1 – wytrząsarkę ze średnicą orbity 3 mm oraz zakresem wytrząsania 0-2850 rpm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający dopuści w części IV - pakiet nr 5, pkt. 2 – końcówki pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania łącznej wymaganej ilości produktu tj. 5.000 szt. W przypadku zaoferowania op. = 250 szt., Wykonawca zobowiązany jest zmienić odpowiednio ilość opakowań w formularzu cenowym.

10. Czy Zamawiający dopuści w części IV - pakiet nr 5, pkt. 6 – końcówki pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający dopuści w części V - pakiet nr 25, pkt. 1 oraz pkt. 2 – wytrząsarce ze średnicą orbity 3 mm oraz zakresem wytrząsania 0-2850 rpm w obu przypadkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Stosowne dopuszczenie zawarte jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.

- II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmianie ulega SIWZ w zakresie:

Zmianie ulega:


1. Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2 do SIWZ

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w ww. Załącznikach w związku z udzielonymi odpowiedziami.

W załączeniu:

1. Formularze cenowe z wprowadzonymi zmianami i odpowiedziami dopuszczającymi stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTĘ PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ NA ZMIENIONYCH FORMULARZACH.

D Z I E K A N
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Anna Diowska
prof. uczelni