



Lodz University of Technology

International Centre for Research on Innovative Biobased Materials
International Research Agenda



ICRI-BioM

Nr sprawy ICRI/BioM/3/2024/BR

Łódź, dn. 26.04.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania na dostawę odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb ICRI-BioM - Międzynarodowa Agenda Badawcza w podziale na zadania – są to dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

W dniach 23 – 24 kwietnia 2024 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

Pytanie 1:

Dzień dobry, czy w zad.1 poz.1 wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie gilz ekstrakcyjnych o innych wymiarach np.: 25x100mm, 19x90mm, 22x100mm lub 15x100mm?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gilz ekstrakcyjnych o innych wymiarach niż wyspecyfikowane.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie zapisu specyfikacji przedmiotu zamówienia w punkcie 1.4 pH-metr.

Czy Zamawiający wymaga samego przyrządu pomiarowego (miernik) czy także jakieś wyposażenie do niego np. elektrody, bufony itp.?

Zmodyfikowany załącznik nr 1.4 zawierający powyższe zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym), oznaczony jako: Załącznik_nr_1_4_PO_ZMIANIE udostępniony zostaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Odpowiedź na pytanie 2/Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby miernik był wyposażony w elektrodę LE409.

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia dla części 4.

Pytanie 3:

Pytania do Zadania 4 - miernik laboratoryjny.

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wymaga pehametru standardowego: FiveEasy Plus - z elektrodą, czy samego urządzenia: miernik bez elektrody ?

Odpowiedź na pytanie 3/Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby miernik był wyposażony w elektrodę LE409.

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia dla części 4.



NARODOWE CENTRUM NAUKI



M-ERA.NET



Lodz University of Technology



International Centre for Research on Innovative Biobased Materials
International Research Agenda

ICRI-BioM

Zmodyfikowany załącznik nr 1.4 zawierający powyższe zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym), oznaczony jako: Załącznik_nr_1_4_PO_ZMIANIE udostępniony zostaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią specyfikacji zamówienia, pozostałe jej zapisy pozostają bez zmian.

Dokument zatwierdzony przez:
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika



NARODOWE CENTRUM NAUKI



M-ERA.NET