

Odpowiedzi na pytania/zmiana treści istotnych postanowień umowy (Załącznika nr 2)

Działając w oparciu o §42 pkt 1 i 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką Zamawiający udziela wyjaśnień oraz istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia w postępowaniu na dostawę kamery termowizyjnej dla Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

W dniu 29.08.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

Dotyczy zapisów we Wzorze umowy

Pytanie nr 1 Dotyczy §2 punkt 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy (w szczególności składające się na niego urządzenia i elementy) jest fabrycznie nowy lub podemonstracyjny o udokumentowanym czasie pracy nie większym niż 900 h, jego zakup i korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich.”

Odpowiedź na Pytanie 1/zmiana treści istotnych postanowień umowy (Załącznika nr 2)

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o której mowa powyżej.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści istotnych postanowień umowy polegającą na dodaniu zapisu: „lub podemonstracyjny o udokumentowanym czasie pracy nie większym niż 900 h” w § 2 punkt 5.

Pytanie nr 2 Dotyczy §7 punkt 3.

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu i tym samym na zmianę zapisu:

„Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po bezusterkowym odbiorze końcowym sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się, w ciągu 40 dni od daty zgłoszenia, do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, nie wynikających z winy Zamawiającego”

Uzasadnienie: Przedmiotem Umowy jest wysokospecjalistyczne urządzenie, które jest produkowane poza granicami kraju, w tym również w USA i wykonanie jakiegokolwiek naprawy nie jest możliwe w Polsce oraz wymaga odesłania urządzeń do Producenta, co wiąże się również z czasem potrzebnym na czynności logistyczne.

Z uwagi na powyższe, proponujemy wydłużenie terminu naprawy do 40 dni, a w uzasadnionych przypadkach termin naprawy powinien opierać się na informacjach otrzymanych od Producenta, aby zapewnić wykonawcy odpowiednią ilość czasu na dokonanie niezbędnych napraw oraz

zapewnienie pełnej funkcjonalności sprzętu pomiarowego. Pragniemy podkreślić, że taki termin jest absolutnie konieczny ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i przebieg procedury związanej z jego udzieleniem.

Odpowiedź na Pytanie 2/zmiana treści istotnych postanowień umowy (Załącznika nr 2)

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę liczby dni z 14 na 40 niezbędnych do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 zawierający powyższe zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym), oznaczony jako:

Załącznik_nr_2_Istotne_postanowienia_umowy_W2_BR_3_2024_PU_PO_ZMIANIE zamieszczony zostaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią specyfikacji zakupów, pozostałe jej zapisy pozostają bez zmian.

Dokument zatwierdzony przez:

Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki,

Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Jacka Kucharskiego, profesora uczelni